



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502143

Equipamento: SF-001-009 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO >HEARTSTART FR2+ M3861A (>PHILIPS)

Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA

Oficina:91/2024 - SENADO FEDERAL

Aberta em 08/07/2025 00:25

Sector: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização:

Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024)

Plano Manut.: 91/2024 - MP - DESFIBRILADORES - DISTRITO FEDERAL

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO

Requisitante:

Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Nº de Série: 08

Patrimônio: 640-008

Fabricante: >PHILIPS

Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

PR 08/07/2025 10:00 PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v2.3 PREENCHIDO

QTD

270 - PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR V2.3

LISTA DE VERIFICAÇÃO	Sim	Não	Observação
VERIFICAR ESTRUTURA	✓		
VERIFICAR CABOS E CONECTORES	✓		
VERIFICAR PÁS / ELETRODOS	✓		
VERIFICAR BOTÕES	✓		
VERIFICAR BATERIA / CARREGADOR	✓		
VERIFICAR INDICADORES / DISPLAYS	✓		
VERIFICAR IMPRESSORA/PAPEL	✓		
VERIFICAR SINAIS AUDÍVEIS	✓		
TESTE DE FUNCIONAMENTO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

Observações

HECKTTHON

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data: 08/09/2025 08:22

VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502153 Equipamento: SF-001-006 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO >HEARTSTART FR2+ M3861A (>PHILIPS) Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA Oficina: 91/2024 - SENADO FEDERAL Aberta em 13/07/2025 00:15

Sector: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização: Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024) N° de Série: 06

Plano Manut.: 91/2024 - MP - DESFIBRILADORES - DISTRITO FEDERAL Patrimônio: 640-006

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO Fabricante: >PHILIPS

Requisitante: N° do Chamado: Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Itens da Ordem de Serviço

QTD

PR 14/07/2025 08:00 PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v2.3
PREENCHIDO

270 - PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR V2.3

LISTA DE VERIFICAÇÃO	Sim	Não	Observação
VERIFICAR ESTRUTURA	✓		
VERIFICAR CABOS E CONECTORES	✓		
VERIFICAR PÁS / ELETRODOS	✓		
VERIFICAR BOTÕES	✓		
VERIFICAR BATERIA / CARREGADOR	✓		
VERIFICAR INDICADORES / DISPLAYS	✓		
VERIFICAR IMPRESSORA/PAPEL	✓		
VERIFICAR SINAIS AUDÍVEIS	✓		
TESTE DE FUNCIONAMENTO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

Observações



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data:
25/08/2025 09:58



VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502155

Equipamento: SF-001-002 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO >HEARTSTART FR2+ M3861A (>PHILIPS)

Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA

Oficina:91/2024 - SENADO FEDERAL

Aberta em 13/07/2025 00:15

Sector: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização:

Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024)

Plano Manut.: 91/2024 - MP - DESFIBRILADORES - DISTRITO FEDERAL

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO

Requisitante:

Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Nº de Série: 02

Patrimônio: 640-002

Fabricante: >PHILIPS

Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

PR 14/07/2025 08:00 PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v2.3
PREENCHIDO

QTD

270 - PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR V2.3

LISTA DE VERIFICAÇÃO	Sim	Não	Observação
VERIFICAR ESTRUTURA	✓		
VERIFICAR CABOS E CONECTORES	✓		
VERIFICAR PÁS / ELETRODOS	✓		
VERIFICAR BOTÕES	✓		
VERIFICAR BATERIA / CARREGADOR	✓		
VERIFICAR INDICADORES / DISPLAYS	✓		
VERIFICAR IMPRESSORA/PAPEL	✓		
VERIFICAR SINAIS AUDÍVEIS	✓		
TESTE DE FUNCIONAMENTO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

Observações

HECKTTHON

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data: 25/08/2025 09:59

VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502156 Equipamento: SF-001-003 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO >HEARTSTART FR2+ M3861A (>PHILIPS) Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA Oficina: 91/2024 - SENADO FEDERAL Aberta em 13/07/2025 00:15

Sector: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização: Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024) N° de Série: 03

Plano Manut.: 91/2024 - MP - DESFIBRILADORES - DISTRITO FEDERAL Patrimônio: 640-003

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO Fabricante: >PHILIPS

Requisitante: N° do Chamado: Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Itens da Ordem de Serviço

QTD

PR 14/07/2025 08:00 PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v2.3
PREENCHIDO

270 - PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR V2.3

LISTA DE VERIFICAÇÃO	Sim	Não	Observação
VERIFICAR ESTRUTURA	✓		
VERIFICAR CABOS E CONECTORES	✓		
VERIFICAR PÁS / ELETRODOS	✓		
VERIFICAR BOTÕES	✓		
VERIFICAR BATERIA / CARREGADOR	✓		
VERIFICAR INDICADORES / DISPLAYS	✓		
VERIFICAR IMPRESSORA/PAPEL	✓		
VERIFICAR SINAIS AUDÍVEIS	✓		
TESTE DE FUNCIONAMENTO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

Observações



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data:
25/08/2025 10:00



VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502157

Equipamento: SF-001-004 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO >HEARTSTART FR2+ M3861A (>PHILIPS)

Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA

Oficina:91/2024 - SENADO FEDERAL

Aberta em 13/07/2025 00:15

Sector: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização:

Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024)

Plano Manut.: 91/2024 - MP - DESFIBRILADORES - DISTRITO FEDERAL

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO

Requisitante:

Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Nº de Série: 04

Patrimônio: 640-004

Fabricante: >PHILIPS

Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

PR 14/07/2025 08:00 PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v2.3 PREENCHIDO

QTD

270 - PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR V2.3

LISTA DE VERIFICAÇÃO	Sim	Não	Observação
VERIFICAR ESTRUTURA	✓		
VERIFICAR CABOS E CONECTORES	✓		
VERIFICAR PÁS / ELETRODOS	✓		
VERIFICAR BOTÕES	✓		
VERIFICAR BATERIA / CARREGADOR	✓		
VERIFICAR INDICADORES / DISPLAYS	✓		
VERIFICAR IMPRESSORA/PAPEL	✓		
VERIFICAR SINAIS AUDÍVEIS	✓		
TESTE DE FUNCIONAMENTO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

Observações

HECKTTHON

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data: 25/08/2025 09:46

VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502158

Equipamento: SF-001-005 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO >HEARTSTART FR2+ M3861A (>PHILIPS)

Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA

Oficina:91/2024 - SENADO FEDERAL

Aberta em 13/07/2025 00:15

Setor: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização:

Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024)

Plano Manut.: 91/2024 - MP - DESFIBRILADORES - DISTRITO FEDERAL

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO

Requisitante:

Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Nº de Série: 05

Patrimônio: 640-005

Fabricante: >PHILIPS

Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

PR 14/07/2025 08:00 PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v2.3 PREENCHIDO

QTD

270 - PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR V2.3

LISTA DE VERIFICAÇÃO	Sim	Não	Observação
VERIFICAR ESTRUTURA	✓		
VERIFICAR CABOS E CONECTORES	✓		
VERIFICAR PÁS / ELETRODOS	✓		
VERIFICAR BOTÕES	✓		
VERIFICAR BATERIA / CARREGADOR	✓		
VERIFICAR INDICADORES / DISPLAYS	✓		
VERIFICAR IMPRESSORA/PAPEL	✓		
VERIFICAR SINAIS AUDÍVEIS	✓		
TESTE DE FUNCIONAMENTO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

Observações

Hecktthon

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data: 25/08/2025 09:47

VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502159

Equipamento: SF-001-010 ELETROCARDIOGRAFO 3RAY/GUANGZHOU (5512B)

Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA

Oficina:91/2024 - SENADO FEDERAL

Aberta em 13/07/2025 00:15

Sector: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização:

Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024)

Plano Manut.: 91/2024 - MP - ELETROCARDIOGRAFO - DISTRITO FEDERAL

Nº de Série: 01

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO

Patrimônio: 640-009

Requisitante:

Nº do Chamado:

Fabricante: 5512B

Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Itens da Ordem de Serviço

PR 14/07/2025 08:00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETROCARDIOGRAFO v3.2 PREENCHIDO

QTD

272 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETROCARDIOGRAFO V3.2			
TESTES QUALITATIVOS	Sim	Não	Observação
GABINETE / PROTETOR	✓		
ESTRUTURA	✓		
PLUGUE AC	✓		
CABO DE ALIMENTAÇÃO	✓		
DISJUNTORES / FUSÍVEIS	✓		
CABOS	✓		
ENCAIXES / CONECTORES	✓		
ELETRODOS	✓		
CONTROLES / INTERRUPTORES	✓		
BATERIA / CARREGADOR	✓		
INDICADORES / DISPLAYS	✓		
ETIQUETAMENTO	✓		
ACESSÓRIOS	✓		
QUALIDADE DO TRAÇADO	✓		
TRANSPORTE DE PAPEL	✓		
TESTES QUANTITATIVOS	Sim	Não	Observação
VELOCIDADE DO PAPEL	✓		
TESTE DE PLOTAGEM	✓		
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	✓		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Sim	Não	Observação
LIMPEZA DO EXTERIOR, ROLETES, GUIAS DE PAPEL, ETC, SE PRECISO	✓		
LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, DRIVE DO PAPEL	✓		
CALIBRAÇÃO DO ESTILETE E DOS MECANISMOS DE AMORTECIMENTO	✓		
TROCA DOS FILTROS, BATERIAS, SE PRECISO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502159

Equipamento: SF-001-010 ELETROCARDIOGRAFO 3RAY/GUANGZHOU (5512B)

Fechada

Observações

Heckthhon

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data:
25/08/2025 09:49

VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502160

Equipamento: SF-001-008 ELETROCARDIOGRAFO 3RAY/GUANGZHOU (5512B)

Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA

Oficina:91/2024 - SENADO FEDERAL

Aberta em 13/07/2025 00:15

Sector: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização:

Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024)

Plano Manut.: 91/2024 - MP - ELETROCARDIOGRAFO - DISTRITO FEDERAL

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO

Requisitante:

Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Nº de Série: 02

Patrimônio: 640-010

Fabricante: 5512B

Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

PR 14/07/2025 10:00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETROCARDIOGRAFO v3.2 PREENCHIDO

QTD

272 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETROCARDIOGRAFO V3.2			
TESTES QUALITATIVOS	Sim	Não	Observação
GABINETE / PROTETOR	✓		
ESTRUTURA	✓		
PLUGUE AC	✓		
CABO DE ALIMENTAÇÃO	✓		
DISJUNTORES / FUSÍVEIS	✓		
CABOS	✓		
ENCAIXES / CONECTORES	✓		
ELETRODOS	✓		
CONTROLES / INTERRUPTORES	✓		
BATERIA / CARREGADOR	✓		
INDICADORES / DISPLAYS	✓		
ETIQUETAMENTO	✓		
ACESSÓRIOS	✓		
QUALIDADE DO TRAÇADO	✓		
TRANSPORTE DE PAPEL	✓		
TESTES QUANTITATIVOS	Sim	Não	Observação
VELOCIDADE DO PAPEL	✓		
TESTE DE PLOTAGEM	✓		
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	✓		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Sim	Não	Observação
LIMPEZA DO EXTERIOR, ROLETES, GUIAS DE PAPEL, ETC, SE PRECISO	✓		
LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, DRIVE DO PAPEL	✓		
CALIBRAÇÃO DO ESTILETE E DOS MECANISMOS DE AMORTECIMENTO	✓		
TROCA DOS FILTROS, BATERIAS, SE PRECISO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO __/__/__: HRS TÉRMINO __/__/__: HRS	✓		

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502160

Equipamento: SF-001-008 ELETROCARDIOGRAFO 3RAY/GUANGZHOU (5512B)

Fechada

Observações



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: __/__/__



VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502161

Equipamento: SF-001-011 ELETROCARDIOGRAFO 3RAY/GUANGZHOU (5512B)

Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA

Oficina: 91/2024 - SENADO FEDERAL

Aberta em 13/07/2025 00:15

Setor: 91/2024 - SENADO FEDERAL / 91/2024 - SENADO FEDERAL

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 22/08/2025 18:00

Localização:

Centro Custo: SENADO FEDERAL (91/2024)

Plano Manut.: 91/2024 - MP - ELETROCARDIOGRAFO - DISTRITO FEDERAL

Nº de Série: 03

Responsável: 2385 - HECKTTHON SANTOS DE MELO

Patrimônio: 640-011

Requisitante:

Nº do Chamado:

Fabricante: 5512B

Observação: PREVENTIVA - VALIDADE 3 MESES

Itens da Ordem de Serviço

QTD

PR 14/07/2025 08:00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETROCARDIOGRAFO v3.2
PREENCHIDO

272 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETROCARDIOGRAFO V3.2

TESTES QUALITATIVOS	Sim	Não	Observação
GABINETE / PROTETOR	✓		
ESTRUTURA	✓		
PLUGUE AC	✓		
CABO DE ALIMENTAÇÃO	✓		
DISJUNTORES / FUSÍVEIS	✓		
CABOS	✓		
ENCAIXES / CONECTORES	✓		
ELETRODOS	✓		
CONTROLES / INTERRUPTORES	✓		
BATERIA / CARREGADOR	✓		
INDICADORES / DISPLAYS	✓		
ETIQUETAMENTO	✓		
ACESSÓRIOS	✓		
QUALIDADE DO TRAÇADO	✓		
TRANSPORTE DE PAPEL	✓		
TESTES QUANTITATIVOS	Sim	Não	Observação
VELOCIDADE DO PAPEL	✓		
TESTE DE PLOTAGEM	✓		
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	✓		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Sim	Não	Observação
LIMPEZA DO EXTERIOR, ROLETES, GUIAS DE PAPEL, ETC, SE PRECISO	✓		
LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, DRIVE DO PAPEL	✓		
CALIBRAÇÃO DO ESTILETE E DOS MECANISMOS DE AMORTECIMENTO	✓		
TROCA DOS FILTROS, BATERIAS, SE PRECISO	✓		
EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO?	✓		
INICIO ____/____/____ : HRS TÉRMINO ____/____/____ : HRS	✓		

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202502161

Equipamento: SF-001-011 ELETROCARDIOGRAFO 3RAY/GUANGZHOU (5512B)

Fechada

Observações

HECKTTHON

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: HECKTTHON SANTOS DE MELO Data:
25/08/2025 09:50

VISTO DO SETOR

Nome: viviane 418939 Data: 22/08/2025 15:53



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00025	Data de Emissão 02/10/2025
RPS	Competência 19/09/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **45.883.165/0001-97** Inscrição Municipal: **1345802**
Nome/Razão Social **MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia **MEDMIX BIOTECNOLOGIA**
Endereço **AVENIDA PRINCESA ISABEL, 15 - SALA 909 E 911 - CENTRO - CEP: 29010361**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **00.530.279/0001-15** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **SENADO FEDERAL**
Endereço **Praca dos Tres Poderes, S/N - Plano Piloto - CEP: 70100000**
Município/UF **Brasília/DF** Email **marcefs@senado.leg.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)**
CNAE: **3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**

Discriminação dos serviços

Prestacao de servicos Tecnicos de engenharia eletrica e eletronica ART No 0820240350962
Prestacao de Servico de Manutencao preventiva e Corretiva, com fornecimento de pecas incluindo , de equipamentos medico- hospitalares,ao
Servicos Medico de Emergencia do Senado Federal, conforme discriminado no anexo I do edital.

Pregao No: 90051/2024
Processo No: 00200.021686/2023-11
Contrato No: 0091/2024
Empenho: 2024NE2276

Periodo: AGOSTO/2025
Nota: (01/04) - 1o Trimestre

Dados Bancarios:
Banco do Brasil (001)
Agencia: 3495-9
C/C: 47.155-0

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor dos serviços = R\$ 3.774,00 // Valor líquido da nota = R\$ 3.774,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.774,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 75,48	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 3551/2025 de 13/08/2025;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 5ECCC5B5-D4AF-4866-97FF-73B827A949B4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA
CNPJ: 45.883.165/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:28 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

Código de controle da certidão: **2005.CEE1.45C6.DEC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250001502220

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 45.883.165/0001-97

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **07/10/2025**, válida até **05/01/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 07/10/2025.

Autenticação eletrônica: **0009.F33D.47F0.EAF2**





Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda



Certidão Negativa de Débitos

Emissão : 13/08/2025 - 13:08h

CNPJ: **45883165000197**

RAZÃO SOCIAL/NOME: **MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA**

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 12/10/2025 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA**.

Emitido em **13/08/2025 às 13:09** pelo **AGENTE INTERNET**

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

<http://www.vitoria.es.gov.br>, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

9283ec7f-b600-4f5f-a75f-5e77f50425dc

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.883.165/0001-97

Certidão nº: 31265778/2025

Expedição: 05/06/2025, às 12:06:39

Validade: 02/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.883.165/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.883.165/0001-97
Razão Social: MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA
Endereço: R CLAUDIO COUTINHO 52 ANDAR 2 / JARDIM LIMOEIRO / SERRA / ES / 29164-074

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092607566001792878

Informação obtida em 07/10/2025 16:35:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.883.165/0001-97**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF