



CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO LTDA

RUA AFONSINA FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201. PAO DE ACUCAR

CEP 37555-265. Pouso Alegre / MG

CNPJ 09.353.930/0001-01. Fone: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880. E-mail: contato@claminas.com.br



RELATÓRIO DE ENSAIO

DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA SDA N° 570, ANEXO IV, DE 09 DE MAIO DE 2022, DECLARAMOS QUE A AMOSTRA EM NOSSO PODER APRESENTOU OS RESULTADOS DA ANALISE DE CAFE CONSTANTES DESTE DOCUMENTO.

SÉRIE
3

NÚMERO
00310/2024

Solicitante: FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, Nº 1045 - DISTRITO INDUSTRIAL - ALFENAS/MG

CNPJ: 00.354.138/0001-99

Produto: CAFE TORRADO E MOIDO

Lote: 020524

Fabricação: 02/05/2024

Amostra: CEA 00310

Lacre: N/I

Peso: 1,00

Validade: 02/11/2025

Recebimento: 27/05/2024

Temperatura: 19.9°C

Marca:

Embalagem:

Data Início:

Umidade:

CAFE FINO SABOR

PACOTES

10/06/2024

55%

ANÁLISE MICROBIOLOGIA

Especificações dos serviços analíticos - ANVISA - IN N° 161, DE 1 DE JULHO DE 2022

ESCHERICHIA COLI

Método: ISO 4831

Referência: PLANO DE AMOSTRAGEM: N=; 5; C=; 2; LIM: m: 1; M: 10²

1,0X10¹ UFC/g

SALMONELLA spp

Método: ISO 6579

Referência: PLANO DE AMOSTRAGEM: N=; 10; C=; NÃO APLICAVEL; LIM: m: AUSÊNCIA EM 25g; M: AUSÊNCIA EM 25g

AUSÊNCIA

O resultado tem valor restrito à amostra analisada.

Observações:

Este laudo só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita da CLAMINAS
ORDEM DE SERVIÇO N° 406/2024 - PROTOCOLO A09834. SATISFATÓRIO, COM QUALIDADE ACEITAVEL.

DATA: 10/06/2024



WILLIAM FURTADO BARREIROS
Responsável Técnico
CRQ/MG 02416440

A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K. O qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Verifique a autenticidade deste documento acessando <http://claminas.com> e informe o código 100N-1GX1-VIJT-Q70A

Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data de emissão do presente laudo

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e se aplica somente a amostra analisada

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu controlo.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer emenda ou rasura, mesmo ressalvada, invalidará o presente