



CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO LTDA

RUA AFONSINA FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201. PAO DE ACUCAR

CEP 37555-265. Pouso Alegre / MG

CNPJ 09.353.930/0001-01. Fone: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880. E-mail: contato@claminas.com.br



RELATÓRIO DE ENSAIO

DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA SDA Nº 570, ANEXO IV, DE 09 DE MAIO DE 2022, DECLARAMOS QUE A AMOSTRA EM NOSSO PODER APRESENTOU OS RESULTADOS DA ANALISE DE CAFE CONSTANTES DESTE DOCUMENTO.

SÉRIE
3

NÚMERO
00307/2024

Solicitante: FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, Nº 1045 - DISTRITO INDUSTRIAL - ALFENAS/MG

CNPJ: 00.354.138/0001-99

Produto: CAFE TORRADO E MOIDO

Lote: 020524

Fabricação: N/I

Amostra: CEA 00307

Lacre: N/I

Peso: 40.000,00

Validade: N/I

Recebimento: 09/06/2024

Temperatura: 16°C

Marca:

Embalagem:

Data Início:

Umidade:

CAFE FINO SABOR

PACOTES

10/06/2024

89%

ANÁLISE MICROSCOPIA

Especificações dos serviços analíticos - PORTARIA SDA Nº 570, DE 9 DE MAIO DE 2022

SOMATÓRIO DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS (CASCAS, PAUS, TORRÕES E AREIA)

0,30 %

Método: Lopez, F. C. . (1974). Determinação do sedimento

Referência: 0,00 à 1,00 - ÚNICO; 1,01 à 100,00 - DESCLASSIFICADO

ELEMENTOS ESTRANHOS (INDICATIVO DE FRAUDE)

AUSENCIA

Método: Lopez, F. C. . (1974). Determinação do sedimento

Referência: AUSÊNCIA - ÚNICO, PRESENÇA - DESCLASSIFICADO

UMIDADE

3,16 %

Método: GEHAKA IV 2500

Referência: 0,00 à 5,00 - ÚNICO; 5,01 à 100,00 - PRODUTO COM UMIDADE ACIMA DO TECNICAMENTE RECOMENDÁVEL

FRAGMENTOS DE INSETOS INDICATIVOS DE FALHAS DAS BOAS PRÁTICAS

0,00

Método: AOC

Referência: 60 em 25g - ÚNICO, > 60 EM 25G - DESCLASSIFICADO

MATÉRIAS ESTRANHAS INDICATIVAS DE RISCOS À SAÚDE HUMANA

AUSENCIA

Método: AOC

Referência: AUSÊNCIA - ÚNICO, PRESENÇA - DESCLASSIFICADO

O resultado tem valor restrito à amostra analisada.

Observações:

Este laudo só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita da CLAMINAS
ORDEM DE SERVIÇO N 00406/2024 / SUPERIOR. AMOSTRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

DATA: 10/06/2024



WILLIAM FURTADO BARREIROS

Responsável Técnico

CRQ/MG 02416440

A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K. O qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Verifique a autenticidade deste documento acessando <http://claminas.com> e informe o código OUH9-5PQE-15FM-9FY2

Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data de emissão do presente laudo

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e se aplica somente a amostra analisada

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu controlo.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer emenda ou rasura, mesmo ressalvada, invalidará o presente